

Archimil maakt gebruik van verschillende vochtometers, met in hoofdzaak de vochtmeter theta-vochtmeter die door Eijkelkamp geleverd is. De handleiding geeft aan dat onderhoud niet nodig is. Er wordt gebruik gemaakt van de ML3 probe met vier pinnen.

Beide meters zijn gecontroleerd met het justeerblok en de algehele staat van beide meters is als goed beoordeeld. Op 20-6-2019 zijn de vochtometers van Archimil en NIPA met elkaar vergeleken met twee verschillende monsters:

Archimil : 11,9%

NIPA : 11,3%

Archimil : 40,1%

NIPA : 41,8%

Met een onnauwkeurigheid van 2% van de meter komen deze waarden met elkaar overeen.

Er is derhalve geen reden om te twijfelen aan de werking van de meters.

Voor een volgende toets-periode wordt voorgesteld om het vochtgehalte van emmers monstermateriaal te bepalen en deze te vergelijken met het resultaat van de laboratoria.

From:

<https://wiki.kanaalweg.sasteren.nl/> - **Sasteren-Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.kanaalweg.sasteren.nl/beheer/archimil/qms/werkinstructies/vochtmeter>

Last update: **2026/06/01 10:55**

